

---

# Peroral antikoagulasjonsbehandling - er TT-verdiene til å stole på?

---

ARTIKKEL

EILERTSEN H

ÅSPRANG AF

ULVELAND K

NERDRUM HJ

---

## Sammendrag

Som et ledd i Den norske lægeforenings kvalitetssikringsarbeid i primærhelsetjenesten undersøkte vi hvor holdbare prøvene til bestemmelse av TT er. Blod som ble tappet i silikonerte glassrør gav TT-verdier som varierte med analysetidspunktet etter prøvetaking. Korrekt dosering av warfarin krever sikre TT-verdier, og derfor bør analysing av TT-prøver utføres enten innen to timer eller 48 timer etter prøvetaking.

---

Publisert: 30. april 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.