

---

# Datamaskintolking av EKG - veiledende eller villedende?

---

ARTIKKEL

MORISBAK B

GJESDAL K

---

## Sammendrag

Datamaskintolking av EKG er ikke fullkommen, og feilaktige tolkingsforslag kan forvirre. Vi ønsket å undersøke om legeri primærvaktsjiktet ved en medisinsk avdeling lar seg villedde eller veilede av dataprogrammets tolking av EKG.

20 leger beskrev hver ti EKG-utskrifter som randomisert var med eller uten påført datamaskintolking. Eksemplene vartatt fra et utvalg på 20, hvorav ti var tolket korrekt av datamaskinen og ti feilaktig. Når EKG-utskriftene var påførten korrekt datamaskintolking, ble 58% riktig tolket av legene, mot 30% riktige legetolkinger uten støtte fratolkingsprogrammet ( $p < 0,005$ ). Feilaktig datamaskintolking på EKG-utskriftene influerte ikke signifikant på antall riktige legetolkinger. Mange av primærvaktlegene hadde mangelfulle EKG-kunnskaper. Disse legene klarte iliten grad å utnytte datamaskinens tolkingsforslag, selv når disse var gode. Funnene tyder på at datamaskinbasert EKG-tolking har en veiledende effekt, og at tolkingsprogrammet kan være et nyttig hjelpemiddel dersom det brukes kritisk.

---

Publisert: 30. september 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. juli 2026.